

様式 2

平成29年5月2日

## 放射性物質分析結果通知書

依頼者 レストランつたや 様

日光ブランド情報発信センター放射線量測定室

平成29年5月2日に依頼のありました農水産物等について分析した結果は、下記のとおりです。

品名	Cs(セシウム) 結果=(②+③) (ベクレル/kg)	Cs-134	Cs-137	I(ヨウ素)-131
		測定値 ② (ベクレル/kg)	測定値 ③ (ベクレル/kg)	測定値 (ベクレル/kg)
カレーライス	不検出	不検出	不検出	不検出

## 記

※測定器：NaI(Tl)シンチレーション検出器

※測定値が不検出の場合は、機器と測定条件に基づく測定下限値未満であることを示す。

(本検査の測定下限値)

品名：カレーライス Cs-134：8.8Bq/kg, Cs-137：8.1Bq/kg, I-131：5.3Bq/kg

品名： Cs-134：Bq/kg, Cs-137：Bq/kg, I-131：Bq/kg

## 【お問合せ先】

日光ブランド情報発信センター

放射線量測定室

TEL 080-2676-1608