

平成 29 年 7 月 4 日

放射性物質分析結果通知書

依頼者 旭屋支店 様

日光行政センター放射性物質測定室

平成 29 年 7 月 4 日に依頼のありました農水産物等について分析した結果は、下記のとおりです。

品名	Cs(セシウム)	Cs-134	Cs-137	I(ヨウ素)-131
	結果=(②+③) (^h ケレル/kg)	測定値 ② (^h ケレル/kg)	測定値 ③ (^h ケレル/kg)	測定値 (^h ケレル/kg)
修学旅行用献立(3)	不検出	不検出	不検出	不検出

記

※測定器：NaI(Tl)シンチレーション検出器

※測定値が不検出の場合は、機器と測定条件に基づく測定下限値未満であることを示す。

(本件査の測定下限値)

品名：修学旅行用献立(3) Cs-134:11.1Bq/kg, Cs-137:9.55Bq/kg, I-131:6.15Bq/kg

【お問合せ先】

日光行政センター放射性物質測定室

TEL 0288-54-1121