

様式 2

平成 30 年 7 月 3 日

放射性物質分析結果通知書

依頼者 ホテル清晃苑 様

日光行政センター放射性物質測定室

平成 30 年 7 月 3 日に依頼のありました農水産物等について分析した結果は、下記のとおりです。

品名	Cs(セシウム) 結果=(②+③) (ベクレル/kg)	Cs-134 測定値 ② (ベクレル/kg)	Cs-137 測定値 ③ (ベクレル/kg)	I(ヨウ素)-131 測定値 (ベクレル/kg)
	修学旅行用献立 (25)	不検出	不検出	不検出

記

※測定器：NaI(Tl)シンチレーション検出器

※測定値が不検出の場合は、機器と測定条件に基づく測定下限値未満であることを示す。  
(本件査の測定下限値)

品名：修学旅行用献立(25) Cs-134：8.23Bq/kg, Cs-137：7.49Bq/kg, I-131：4.81Bq/kg

【お問合せ先】

日光行政センター放射性物質測定  
室

TEL 0288-54-1112