県産農産物等の検査結果

検査結果　　平成26年7月3日　栃木県農政部

No	品　目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq／kg)				採取日	検査法	備　考
				判定	Cs合計	Cs^{134}	Cs^{137}			
1	アスパラガス	ハウス	栃木市	適合	検出せず	検出せず　(<2.2)	検出せず　(<2.2)	7月1日	Ge	
2	アスパラガス	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず　(<2.2)	検出せず　(<2.9)	7月1日	Ge	
3	えだまめ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず　(<11)	検出せず　(<8.5)	6月26日	Ge	
4	えだまめ	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず　(<7.2)	検出せず　(<7.3)	7月1日	Ge	
5	えだまめ	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず　(<8.5)	検出せず　(<8.7)	7月1日	Ge	
6	えだまめ	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず　(<6.1)	検出せず　(<7.0)	7月1日	Ge	
7	おかひじき	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず　(<7.9)	検出せず　(<7.1)	7月1日	NaI	
8	おくら	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず　(<5.7)	検出せず　(<5.1)	7月1日	NaI	
9	かぼちゃ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず　(<3.1)	検出せず　(<3.2)	7月1日	Ge	
10	かぼちゃ	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず　(<2.6)	検出せず　(<2.2)	7月1日	Ge	
11	きゅうり	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず　(<2.2)	検出せず　(<2.1)	7月1日	Ge	
12	コールラビ	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず　(<9.1)	検出せず　(<8.7)	7月2日	NaI	
13	ごぼう	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず　(<3.1)	検出せず　(<2.5)	7月1日	Ge	
14	さといも(葉柄)	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず　(<3.3)	検出せず　(<2.8)	7月1日	NaI	ずいき
15	さといも(葉柄)	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず　(<6.9)	検出せず　(<6.3)	7月1日	NaI	
16	しそ	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず　(<7.6)	検出せず　(<6.9)	7月1日	NaI	
17	しゅんぎく	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず　(<1.7)	検出せず　(<2.0)	7月1日	Ge	
18	しょうが	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず　(<7.0)	検出せず　(<6.3)	7月1日	NaI	根しょうが
19	スイートコーン	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず　(<1.9)	検出せず　(<2.0)	7月1日	Ge	
20	スイートコーン	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず　(<2.0)	検出せず　(<2.7)	7月1日	Ge	
21	すいか	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず　(<2.7)	検出せず　(<2.3)	7月2日	NaI	
22	すいか	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず　(<7.6)	検出せず　(<7.3)	7月1日	NaI	
23	だいこん	露地	日光市	適合	2.7	検出せず　(<2.5)	2.72	7月1日	Ge	
24	チコリ	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず　(<3.0)	検出せず　(<2.6)	7月1日	NaI	トレビス
25	とうがらし	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず　(<9.0)	検出せず　(<8.1)	7月1日	NaI	
26	とうがん	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず　(<3.8)	検出せず　(<3.1)	7月1日	NaI	
27	にがうり	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず　(<11)	検出せず　(<9.3)	7月1日	NaI	
28	にがうり	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず　(<3.4)	検出せず　(<2.8)	7月1日	NaI	
29	にんじん	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず　(<2.3)	検出せず　(<3.2)	7月1日	Ge	
30	にんじん	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず　(<2.5)	検出せず　(<2.9)	7月1日	Ge	
31	ねぎ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず　(<3.4)	検出せず　(<3.9)	7月1日	Ge	
32	ねぎ	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず　(<2.9)	検出せず　(<2.7)	7月1日	Ge	
33	葉しょうが	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず　(<6.3)	検出せず　(<5.6)	7月1日	NaI	
34	葉しょうが	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず　(<2.9)	検出せず　(<2.4)	7月2日	NaI	
35	バジル	ハウス	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず　(<7.2)	検出せず　(<6.5)	7月1日	NaI	
36	バジル	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず　(<12)	検出せず　(<11)	7月1日	NaI	
37	バジル	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず　(<7.2)	検出せず　(<8.2)	7月1日	Ge	

No	品　目	作型等	市町村	放射性セシウム（Bq／kg）				採取日	検査法	備　考
				判定	Cs合計	Cs^{134}	Cs^{137}			
38	ピーマン	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず　(<9.7)	検出せず　(<8.8)	7月1日	NaI	
39	ふだんそう	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず　(<12)	検出せず　(<12)	7月1日	NaI	西洋ふだんそう
40	ほうれんそう	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず　(<3.4)	検出せず　(<2.6)	7月1日	Ge	
41	モロヘイヤ	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず　(<8.1)	検出せず　(<7.3)	7月1日	NaI	
42	モロヘイヤ	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず　(<6.7)	検出せず　(<6.0)	7月1日	NaI	
43	らっきょう	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず　(<6.1)	検出せず　(<5.5)	7月1日	NaI	
44	レタス	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず　(<2.9)	検出せず　(<3.3)	7月1日	Ge	
45	すもも	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず　(<2.8)	検出せず　(<2.4)	7月1日	NaI	
46	ブラックベリー	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず　(<6.0)	検出せず　(<5.4)	7月1日	NaI	
47	うど（栽培）	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず　(<2.4)	検出せず　(<3.3)	7月1日	Ge	うどの芽
48	みょうが（花穂）（栽培）	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず　(<6.8)	検出せず　(<6.0)	7月1日	NaI	
49	原乳	CS※1	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず　(<1.4)	検出せず　(<1.3)	7月2日	Ge	
50	原乳	CS※2	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず　(<1.3)	検出せず　(<1.5)	7月2日	Ge	
51	原乳	CS※3	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず　(<1.6)	検出せず　(<1.6)	7月2日	Ge	

基準値（一般食品） （飲 料 水） （牛　　乳）	100Bq/kg 10Bq/kg 50Bq/kg	

注1）（　）内の数値は検出限界値であり、「検出せず（<3.0）」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3.0未満であることを示す。
なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
2）Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
3）検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示します。

※1::CSはクーラーステーションで、原乳を一時貯留し冷却する施設。集乳エリアは、那須塩原市、那須町。
※2:同上。集乳エリアは、真岡市、芳賀町、那須烏山市、那珂川町。
※3:同上。集乳エリアは、鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市。